



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ 20-12-17
ΑΡΙΘΜ 24334

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ
47100- ΑΡΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127
FAX : 2681024814 - 2681021414

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : << ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
>>

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 28 -12-17 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ :

1. Μπαταρία για την φορητή αναρρόφηση FLAEM NUOVA με SN :09A4890121

2. Πιεσόμετρο με μανόμετρο χειρός, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές

Μανομετρικό πιεσόμετρο μπράτσου
Τεχνικές προδιαγραφές:

- Σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας)
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Σήμανση CE (σύμφωνα με την οδηγία 93/43/EEC)
- Latex free, μη υδραργυρικό
- Μικροφίλτρο να προστατεύει τη βαλβίδα και να ελέγχει τη ροή του αέρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές
- Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με απόλυτη ακρίβεια
- Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση
- Μεγάλο καντράν 56 -64mm με ευανάγνωστη κλίμακα μέτρησης
- Εύρος μέτρησης έως 300mmHg και ακρίβεια μέτρησης +/- 3mmHg
- Να φέρει προστατευτικό δακτύλιο ώστε να προφυλάσσεται το γυαλί του καντράν από τα χτυπήματα
- Δείκτης καλιμπραρισμένος με ακρίβεια, ανθεκτικός, υψηλής ποιότητας
- Μεγάλο πουάρ για γρηγορότερο φούσκωμα της περιχειρίδας, με περιστρεφόμενη λαβή, για την καλύτερη χρήση
- Μακρύ σωλήνα φουσκώματος περίπου 80 cm
- Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας, μονού αυλού, από ανθεκτικό υλικό πλενόμενη τουλάχιστον στους 60οC και με δυνατότητα να εμβαπτίζεται ολόκληρη σε αλκοολούχο απολυμαντικό διάλυμα.

- Να συνοδεύεται από περιχειρίδα Adult, Medium, Large, η οποία να κλείνει με αυτοκόλλητο (χρατς) χωρίς μεταλλικό δακτύλιο χωρίς ενσωματωμένο στηθοσκόπιο
- Να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς
- Πέντε (5) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς, για κατασκευαστικά ελαττώματα και καλή λειτουργία.

3.Περιχειρίδα διπλού αυλού ενηλίκων gima (περιχειρίδα διπλού αυλού, πολλαπλών χρήσεων πλενόμενη, με εσωτερική σαμπρέλα , μέγεθος large , για μανομετρικό πιεσόμετρο gima.TEM 1

4. Αισθητήρας οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων για το φορητό οξύμετρο raim care , bionics με S/N 600-LC5056.

5. Ένα USB card reader CF για το Holter FD4.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΤΙΣ 29 -12 -17 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ